

عنوان آزمایش : Free PSA  
عنوان دستگاه : abbot  
عنوان کنترل : abbot-III  
سری ساخت : ۳۵۰۰۶۲۱۳  
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۷/۱۱

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>3</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>3</sub>
۲.۹۱۱	۰.۳۸۲	۱۱.۹۶۴	۱۲.۳۴۶	۱۲.۷۲۸	۱۳.۱۱	۱۳.۴۹۲	۱۳.۸۷۴	۱۴.۲۵۶

مقدار	تاریخ
۱۲.۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۱۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۲.۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۶
۱۳.۱۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۱۲.۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۱۲.۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۹

مقدار	تاریخ
۱۲.۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۴
۱۲.۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۵
۱۲.۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۷
۱۲.۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۸
۱۲.۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۱۳.۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۰
۱۲.۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۱
۱۲.۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۲

مقدار	تاریخ
۱۲.۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۱
۱۲.۸	۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۱۲.۴	۱۴۰۱/۱۰/۰۴
۱۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۱۳.۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۱۲.۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۱۲.۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۲
۱۲.۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۳

CV%: 1.988	SD: 0.253	Mean: 12.751
------------	-----------	--------------

