

عنوان کنترل : abbot-I  
شروع کنترل: ۱۴۰۱/۰۸/۱۵

عنوان آزمایش : Free PSA  
عنوان دستگاه : abbot  
سری ساخت : ۰۱

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>2</sub>
۳.۱۶۲	۰.۰۱۲	۰.۳۳۱	۰.۳۴۳	۰.۳۵۵	۰.۳۶۷	۰.۳۷۹	۰.۳۹۱	۰.۴۰۳

مقدار	تاریخ
۰.۳۵۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۳
۰.۳۴۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۰.۳۶۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۵
۰.۳۵۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۶
۰.۳۵۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۷
۰.۳۵۹	۱۴۰۱/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۰.۳۴۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۰
۰.۳۵۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۰.۳۵۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۰.۳۶۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۳
۰.۳۵۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۰.۳۶۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۷
۰.۳۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۰.۳۵۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۰.۳۵۳	۱۴۰۱/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۰.۳۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۰.۳۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۰.۳۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۰.۳۷۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۳
۰.۳۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۰.۳۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۰.۳۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۰.۳۷۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۰.۳۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۹

CV%: 3.784	SD: 0.014	Mean: 0.363
------------	-----------	-------------

