

randoxII : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۱/۱۱/۱۵

سری ساخت : ۸۱۵۳

عنوان آزمایش : (Estriol (Free
عنوان دستگاه : simense

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۸.۷	۰.۲۴	۲	۲.۲۴	۲.۴۸	۲.۷۲	۲.۹۶	۳.۲	۳.۴۴

مقدار	تاریخ
۲.۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۱
۲.۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۲.۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۳
۲.۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۲.۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲.۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۷
۲.۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸

مقدار	تاریخ
۲.۸	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
۳.۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۳.۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۴
۲.۴۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۲.۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۱
۲.۹۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۲.۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۶
۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۸
۲.۶	۱۴۰۱/۱۲/۳۰

مقدار	تاریخ
۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۷
۳.۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۲.۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۲.۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۳
۲.۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۲.۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۵
۲.۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۶
۳.۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۷

CV%: 9.858	SD: 0.272	Mean: 2.759
------------	-----------	-------------

