

عنوان کنترل : abbot-I

شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۳/۰۱

سری ساخت : -//۳۳۴۰۲۲۰۱

عنوان آزمایش : Free PSA

عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۴.۷	۰.۰۴	۰.۲۷۷	۰.۳۱۷	۰.۲۵۷	۰.۳۹۷	۰.۴۳۷	۰.۴۷۷	۰.۵۱۷

مقدار	تاریخ
۰.۳۳۷	۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۰.۳۶	۱۴۰۱/۰۳/۲۵
۰.۳۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۰.۳۹۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۸
۰.۳۴۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۰.۳۳۳	۱۴۰۱/۰۳/۳۰
۰.۳۳	۱۴۰۱/۰۳/۳۱

مقدار	تاریخ
۰.۳۴۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۰.۳۵۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۱
۰.۳۵۳	۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۰.۳۵۴	۱۴۰۱/۰۳/۱۷
۰.۳۹۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۸
۰.۳۶۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۹
۰.۳۴۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۱
۰.۳۴۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۲

مقدار	تاریخ
۰.۳۵۶	۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۰.۳۹۶	۱۴۰۱/۰۳/۰۲
۰.۳۴	۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۰.۳۴۴	۱۴۰۱/۰۳/۰۴
۰.۳۴۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۵
۰.۳۹۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۷
۰.۳۳۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۸
۰.۳۳۶	۱۴۰۱/۰۳/۰۹

CV%: 6.383	SD: 0.023	Mean: 0.354
------------	-----------	-------------

