

عنوان کنترل : abbot-I

شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۴/۰۱

سری ساخت : //۳۴۳۱۲۲۰۱

عنوان آزمایش : Free PSA

عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>3</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>3</sub>
۴.۷	۰.۰۲۱	۰.۱۴۸	۰.۱۶۹	۰.۱۹	۰.۲۱۱	۰.۲۳۲	۰.۲۵۳	۰.۲۷۴

مقدار	تاریخ
۰.۱۹۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۸
۰.۱۹۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۰
۰.۲۱۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۰.۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۳

مقدار	تاریخ
۰.۲۱۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۹
۰.۱۸۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۰.۱۹۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۲
۰.۱۸۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۳
۰.۱۸۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۴
۰.۱۹۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۵
۰.۱۹۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۶

مقدار	تاریخ
۰.۱۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۱
۰.۱۸۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۰.۱۹۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۴
۰.۱۹۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۰.۱۹۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۶
۰.۱۹۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۷
۰.۱۸۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۸

CV%: 4.184	SD: 0.008	Mean: 0.194
------------	-----------	-------------

