

Tumor marker I : عنوان کنترل :  
شروع کنترل  
۱۴۰۱/۰۴/۲۵:

سری ساخت : ۵۲۳۹۶۰

Free PSA : عنوان آزمایش :  
کوباس ۶۰۰۰ : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۱.۸	۰.۰۶۳	۰.۷۰۱	۰.۷۶۴	۰.۸۲۷	۰.۸۹	۰.۹۵۳	۱.۰۱۶	۱.۰۷۹

مقدار	تاریخ
۰.۸۱۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۵
۰.۸۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۶
۰.۸۳۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۷
۰.۸۴۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۹
۰.۸۹	۱۴۰۱/۰۵/۳۰
۰.۷۸۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱

مقدار	تاریخ
۰.۸۰۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۱
۰.۸۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۰.۸۹۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۸
۰.۸۳۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۹
۰.۸۳۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۰.۸۵۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۲
۰.۸۴۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۰.۸۵۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۴

مقدار	تاریخ
۰.۹۰۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۵
۰.۹۱۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۶
۰.۹۲۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۸
۰.۸۴۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۵
۰.۸۵۶	۱۴۰۱/۰۵/۰۶
۰.۸۴۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۸
۰.۸۵۶	۱۴۰۱/۰۵/۰۹
۰.۸۲۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۰

CV%: 4.267	SD: 0.036	Mean: 0.85
------------	-----------	------------

