

Tumor marker I : عنوان کنترل :  
شروع کنترل  
۱۴۰۱/۰۴/۲۵:

سری ساخت : ۵۲۳۹۶۰

Free PSA : عنوان آزمایش :  
کوباس ۶۰۰۰ : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۲.۸۶	۰.۰۳۳	۰.۷۴۷	۰.۷۸	۰.۸۱۳	۰.۸۴۶	۰.۸۷۹	۰.۹۱۲	۰.۹۴۵

مقدار	تاریخ
۰.۸۴۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۲
۰.۸۱۴	۱۴۰۱/۰۶/۲۳
۰.۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۴
۰.۸۸۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۷
۰.۸۵۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۸
۰.۸۶۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۹
۰.۸۴	۱۴۰۱/۰۶/۳۰

مقدار	تاریخ
۰.۸۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۱
۰.۸۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۲
۰.۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۳
۰.۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۴
۰.۸۲۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۵
۰.۸۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۰.۸۳۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۷
۰.۸۳۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۹
۰.۸۳۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۰

مقدار	تاریخ
۰.۷۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۱
۰.۸۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۲
۰.۹۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۳
۰.۸۵۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۵
۰.۸۶۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۶
۰.۸۳۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۷
۰.۸۳۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۸
۰.۸۴۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۹
۰.۸۴۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۰

CV%: 3.719	SD: 0.032	Mean: 0.849
------------	-----------	-------------

