

عنوان کنترل : abbot-III

شروع کنترل: ۱۴۰۱/۰۷/۱۱

سری ساخت : ۳۵۰۰۶۲۱۳

عنوان آزمایش : Free PSA

عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۴.۷	۰.۹	۱۰.۷	۱۱.۶	۱۲.۵	۱۳.۴	۱۴.۳	۱۵.۲	۱۶.۱

مقدار	تاریخ
۱۳.۸	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
۱۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۱
۱۴.۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۲
۱۴.۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۳

مقدار	تاریخ
۱۳.۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۱
۱۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۳
۱۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۴
۱۴.۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۵
۱۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۶
۱۴.۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۷
۱۳.۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۸

مقدار	تاریخ
۱۳.۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۱۴.۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۲
۱۳.۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۶
۱۳.۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۷
۱۳.۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۸
۱۳.۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۹
۱۴.۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۰

CV%: 3.702	SD: 0.518	Mean: 14.006
------------	-----------	--------------

