

عنوان کنترل : abbot-I  
شروع کنترل: ۱۴۰۱/۰۸/۱۵

عنوان آزمایش : Free PSA  
عنوان دستگاه : abbot  
سری ساخت : ۰۱

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>2</sub>
۶.۳	۰.۰۱۴	۰.۳۳۳	۰.۳۴۷	۰.۳۶۱	۰.۳۷۵	۰.۳۸۹	۰.۴۰۳	۰.۴۱۷

مقدار	تاریخ
۰.۳۶۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۲
۰.۳۷۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۰.۳۶۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۵
۰.۳۵۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۰.۳۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۷

مقدار	تاریخ
۰.۳۶۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۵
۰.۳۷۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۶
۰.۳۷۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۰.۳۵۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۹
۰.۳۶۴	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
۰.۳۵۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۱

مقدار	تاریخ
۰.۳۷۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۸
۰.۳۶۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۹
۰.۳۷۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۱
۰.۳۸۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۲
۰.۳۶۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۰.۳۷۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۴

CV%: 2.314	SD: 0.009	Mean: 0.368
------------	-----------	-------------

