

عنوان کنترل : abbot-I  
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۸/۱۵

عنوان آزمایش : Free PSA  
عنوان دستگاه : abbot  
سری ساخت : ۰۱

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>2</sub>
۶.۳	۰.۰۱۴	۰.۳۳۳	۰.۳۴۷	۰.۳۶۱	۰.۳۷۵	۰.۳۸۹	۰.۴۰۳	۰.۴۱۷

مقدار	تاریخ
۰.۳۶۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۹
۰.۳۷۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۰.۳۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۰.۳۸۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۰.۳۸۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۳
۰.۳۶۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۰.۳۵۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۰.۳۶۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۷
۰.۳۷۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۰.۳۷۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۹
۰.۳۵۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۰.۳۷۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۰.۳۶۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۵
۰.۳۵۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۰.۳۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۰.۳۵۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۰.۳۷۷	۱۴۰۱/۰۹/۰۹
۰.۳۵۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۰.۳۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۲
۰.۳۶۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۰.۳۸۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۴
۰.۳۹۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۵
۰.۳۷۵	۱۴۰۱/۰۹/۱۶
۰.۳۵۵	۱۴۰۱/۰۹/۱۷

مقدار	تاریخ
۰.۳۷۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۸
۰.۳۶۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۹
۰.۳۷۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۱
۰.۳۸۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۲
۰.۳۶۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۰.۳۷۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۴
۰.۳۶۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۵
۰.۳۷۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۶
۰.۳۷۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۰.۳۵۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۹
۰.۳۶۴	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
۰.۳۵۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۰.۳۶۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۲

CV%: 2.757	SD: 0.01	Mean: 0.37
------------	----------	------------

