

عنوان کنترل : abbot-I
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۸/۱۵

عنوان آزمایش : Free PSA
عنوان دستگاه : abbot
سری ساخت : ۰۱

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۳.۲۴۳	۰.۰۱۲	۰.۳۲۱	۰.۳۳۳	۰.۳۴۵	۰.۳۵۷	۰.۳۶۹	۰.۲۸۱	۰.۳۹۳

مقدار	تاریخ
۰.۳۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۰.۳۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۹
۰.۳۵	۱۴۰۲/۰۱/۳۰
۰.۳۶	۱۴۰۲/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۰.۳۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۰
۰.۳۷۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۱
۰.۳۶۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۲
۰.۳۴۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۰.۳۴۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۶
۰.۳۵۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۷

مقدار	تاریخ
۰.۳۶۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۶
۰.۳۴۷	۱۴۰۲/۰۱/۱۴
۰.۳۶۵	۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۰.۳۴۴	۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۰.۳۴۵	۱۴۰۲/۰۱/۱۷
۰.۳۷۹	۱۴۰۲/۰۱/۱۹

CV%: 3.652	SD: 0.013	Mean: 0.36
------------	-----------	------------

