

abbott-III : عنوان کنترل :  
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۰۹/۲۸

سری ساخت : ۳۵۷۱۰۲۱۳

Free PSA : عنوان آزمایش :  
abbott : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱,۹۱۳	۰,۲۰۵	۱۰,۱۰۴	۱۰,۳۰۹	۱۰,۵۱۴	۱۰,۷۱۹	۱۰,۹۲۴	۱۱,۱۲۹	۱۱,۳۳۴

مقدار	تاریخ
۱۱,۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۸
۱۰,۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۱۰,۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۴
۱۰,۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۵
۱۰,۸۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۶

مقدار	تاریخ
۱۰,۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۰
۱۰,۹	۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۱۰,۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۲
۱۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۱۰,۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۱۰,۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۱۰,۹	۱۴۰۲/۱۱/۱۷

مقدار	تاریخ
۱۰,۹۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۱۰,۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۱۰,۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۳
۱۰,۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۴
۱۰,۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۱۰,۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۸
۱۰,۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۹

CV%: 2.411	SD: 0.259	Mean: 10.731
------------	-----------	--------------

