

عنوان کنترل : abbot-II
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۲/۱۸

سری ساخت : ۳۵۷۱۰۲۱۲

عنوان آزمایش : Free PSA
عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۴.۷	۰.۱۲	۱.۴۴	۱.۵۶	۱.۶۸	۱.۸	۱.۹۲	۲.۰۴	۲.۱۶

مقدار	تاریخ
۱.۶۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۱.۶۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۱
۱.۷۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۱.۸۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۳

مقدار	تاریخ
۱.۶۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۱.۵۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۵
۱.۶۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۷
۱.۷۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۸
۱.۶۲	۱۴۰۲/۰۲/۳۰

مقدار	تاریخ
۱.۶۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۸
۱.۷۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۹
۱.۶۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۰
۱.۶۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۱
۱.۸۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۳

CV%: 4.418	SD: 0.074	Mean: 1.684
------------	-----------	-------------

