

عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۴۰۲/۰۴/۱۱:

سری ساخت : ECT۱۰۷

عنوان آزمایش : Free PSA
عنوان دستگاه : Liaison

%CV	SD	SD ^{۲-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۸.۱	۰.۷۶۳	۶.۹۳۱	۷.۶۸۴	۸.۴۴۷	۹.۲۱	۹.۹۷۳	۱۰.۷۳۶	۱۱.۴۹۹

مقدار	تاریخ
۸.۸۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۵

مقدار	تاریخ
۸.۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۳
۸.۵۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۴

مقدار	تاریخ
۸.۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۱
۸.۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۲

CV%: 3.733	SD: 0.32	Mean: 8.564
------------	----------	-------------

