

عنوان کنترل : abbot-I

شروع کنترل : ۱۴۰۲/۰۴/۱۷

سری ساخت : ۳۵۷۰۲۱۱/

عنوان آزمایش : Free PSA

عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD ² -	SD ² -	SD ¹ -	MEAN	SD ¹	SD ²	SD ²
۴.۷	۰.۰۳۶	۰.۲۵۴	۰.۲۹	۰.۳۳۶	۰.۳۶۲	۰.۳۹۸	۰.۴۳۴	۰.۴۷

مقدار	تاریخ
۰.۳۰۲	۱۴۰۲/۰۵/۱۸
۰.۳۱۲	۱۴۰۲/۰۵/۱۹
۰.۳۴۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۱
۰.۳۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۲
۰.۳۰۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۳
۰.۳۷۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۴
۰.۳۰۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۵
۰.۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۶
۰.۳۳۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۸
۰.۳۳۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۹
۰.۳۱۷	۱۴۰۲/۰۵/۳۰
۰.۳۱۳	۱۴۰۲/۰۵/۳۱

مقدار	تاریخ
۰.۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۱
۰.۳۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۲
۰.۳۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۳
۰.۳۰۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۷
۰.۳۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۸
۰.۳۳۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۹
۰.۳۰۲	۱۴۰۲/۰۵/۱۰
۰.۳۰۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۱
۰.۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۲
۰.۳۳۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۴
۰.۳۲	۱۴۰۲/۰۵/۱۵
۰.۳۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۶
۰.۳۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۷

مقدار	تاریخ
۰.۳۰۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۷
۰.۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۸
۰.۳۱۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۹
۰.۳۳۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۰
۰.۳۱۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۱
۰.۳۱۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۲
۰.۳۷۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۴
۰.۳۱۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۵
۰.۳۳۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶
۰.۳۳۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۷
۰.۳۷۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۸
۰.۳۵۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۹
۰.۳۱۲	۱۴۰۲/۰۴/۳۱

CV%: 7.059	SD: 0.023	Mean: 0.327
------------	-----------	-------------

