

عنوان کنترل : abbot-III
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۹/۲۸

سری ساخت : ۳۵۷۱۰۲۱۳

عنوان آزمایش : Free PSA
عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۷	۰,۷۷	۹,۲۸	۱۰,۰۵	۱۰,۸۲	۱۱,۵۹	۱۲,۳۶	۱۳,۱۳	۱۳,۹

مقدار	تاریخ
۱۱,۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۱۰,۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۱
۱۰,۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۲

مقدار	تاریخ
۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۱۰,۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۵
۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۶
۱۱,۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۷
۱۰,۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۹

مقدار	تاریخ
۱۰,۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۸
۱۰,۶	۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۱۰,۸	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۱۰,۹	۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۱۰,۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۳

CV%: 3.141	SD: 0.341	Mean: 10.846
------------	-----------	--------------

