

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان کنترل : abbot-I
 شروع کنترل
 ۱۳۹۹/۰۶/۰۲:

سری ساخت : ۳۳۹۰۸۱۹۱

عنوان آزمایش : Free PSA -CLIA
 عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۳.۳۶۶	۰.۰۱	۰.۲۵۴	۰.۲۶۴	۰.۲۷۴	۰.۲۸۴	۰.۲۹۴	۰.۳۰۴	۰.۳۱۴

مقدار	تاریخ
۰.۲۸۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۳
۰.۲۹۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۵
۰.۲۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۶
۰.۲۸۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۷
۰.۲۹۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۸
۰.۲۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۹
۰.۲۹۳	۱۳۹۹/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۰.۲۹	۱۳۹۹/۱۱/۱۲
۰.۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۳
۰.۲۹	۱۳۹۹/۱۱/۱۴
۰.۲۸۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۵
۰.۲۸۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۶
۰.۲۷۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۰.۲۸۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۹
۰.۲۸۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۰
۰.۲۸۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۱

مقدار	تاریخ
۰.۲۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۱
۰.۲۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۲
۰.۲۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۴
۰.۲۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۵
۰.۲۸۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۶
۰.۲۸۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۷
۰.۲۸۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۸
۰.۲۸۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۹
۰.۲۷۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۱

CV%: 1.937	SD: 0.006	Mean: 0.287
------------	-----------	-------------