

عنوان آزمایش : Free PSA -CLIA
 عنوان دستگاه : abbot

سری ساخت : ۳۲۹۰۸۱۹۱

عنوان کنترل : abbot-I
 شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۶/۰۲

3SD	2SD	1SD	MEAN	-1SD	-2SD	-3SD	SD	CV%
0.305	0.299	0.293	0.287	0.281	0.275	0.269	0.006	2.144

تاریخ	مقدار
12/12/1399	0.277
20/12/1399	0.296

تاریخ	مقدار
06/12/1399	0.285
09/12/1399	0.28
10/12/1399	0.292
11/12/1399	0.282

تاریخ	مقدار
02/12/1399	0.288
03/12/1399	0.28
04/12/1399	0.289
05/12/1399	0.284

Mean: 0.285	SD: 0.006	CV%: 2.084
-------------	-----------	------------

