

عنوان کنترل : abbot-I
شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۶/۰۲

سری ساخت : ۳۲۹۰۸۱۹۱

عنوان آزمایش : Free PSA -CLIA
عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴.۸۵۶	۰.۰۱۵	۰.۲۵۵	۰.۲۷	۰.۲۸۵	۰.۳	۰.۳۱۵	۰.۳۳	۰.۳۴۵

مقدار	تاریخ
۰.۲۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶
۰.۲۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۷
۰.۲۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۸
۰.۲۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۹

مقدار	تاریخ
۰.۲۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۸
۰.۲۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۹
۰.۲۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۰
۰.۲۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۱
۰.۲۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۲
۰.۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۴
۰.۳۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۵

مقدار	تاریخ
۰.۲۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۱
۰.۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۳
۰.۳۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۱
۰.۲۸۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۲
۰.۲۸۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۴
۰.۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۵
۰.۲۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۷

CV%: 4.656	SD: 0.014	Mean: 0.29
------------	-----------	------------

