

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان کنترل : abbot-I
 شروع کنترل
 ۱۳۹۹/۰۶/۰۲:

سری ساخت : ۳۳۹۰۸۱۹۱

عنوان آزمایش : Free PSA -CLIA
 عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۴.۵۸۳	۰.۰۱۴	۰.۲۵۳	۰.۲۶۷	۰.۲۸۱	۰.۲۹۵	۰.۲۰۹	۰.۲۲۳	۰.۲۳۷

مقدار	تاریخ
۰.۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۲
۰.۲۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۳
۰.۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۴
۰.۲۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۵
۰.۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۶
۰.۲۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۷
۰.۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۹
۰.۲۸	۱۳۹۹/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۰.۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۱
۰.۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۲
۰.۲۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۳
۰.۲۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۵
۰.۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۶
۰.۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۷
۰.۲۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۸
۰.۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۹
۰.۲۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۰

مقدار	تاریخ
۰.۳۰۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۱
۰.۳۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۲
۰.۳۰۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۳
۰.۲۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۴
۰.۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۵
۰.۲۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۶
۰.۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۸
۰.۲۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۹
۰.۲۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۰

CV%: 3.294	SD: 0.01	Mean: 0.289
------------	----------	-------------