

عنوان کنترل : کنترل I
شروع کنترل
۱۴۰۰/۰۳/۲۴:

سری ساخت : ۰-۱۰۳۲۹۲

عنوان آزمایش : Free Testosterone
عنوان دستگاه : IDS

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۱۲.۶۲۹	۰.۲۰۷	۱.۰۲۲	۱.۲۲۹	۱.۶۴۳	۱.۸۵	۲.۰۵۷	۲.۲۶۴

مقدار	تاریخ
۱.۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۱.۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۵
۱.۵	۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱.۳	۱۴۰۰/۱۰/۲۷
۱.۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۸
۱.۵	۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۱.۶	۱۴۰۰/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۱.۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۲
۱.۷	۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۱.۷	۱۴۰۰/۱۰/۱۴
۱.۷	۱۴۰۰/۱۰/۱۵
۱.۶	۱۴۰۰/۱۰/۱۸
۱.۷	۱۴۰۰/۱۰/۱۹
۱.۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۰
۱.۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۱
۱.۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۲

مقدار	تاریخ
۲	۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۲	۱۴۰۰/۱۰/۰۲
۱.۸	۱۴۰۰/۱۰/۰۴
۱.۶	۱۴۰۰/۱۰/۰۵
۱.۷	۱۴۰۰/۱۰/۰۶
۱.۸	۱۴۰۰/۱۰/۰۷
۱.۸	۱۴۰۰/۱۰/۰۸
۱.۷	۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۱.۷	۱۴۰۰/۱۰/۱۱

CV%: 8.881	SD: 0.151	Mean: 1.704
------------	-----------	-------------

