

عنوان کنترل : کنترل I  
شروع کنترل  
۱۴۰۰/۰۲/۲۴:

سری ساخت : ۰۰-۱۰۳۲۹۲

عنوان آزمایش : Free Testosterone  
عنوان دستگاه : IDS

%CV	SD	SD <sup>2</sup> -	SD <sup>2</sup> -	SD <sup>1</sup> -	MEAN	SD <sup>1</sup>	SD <sup>2</sup>	SD <sup>2</sup>
۹.۴۱۵	۰.۱۶۱	۱.۲۳	۱.۳۹۱	۱.۵۵۲	۱.۷۱۳	۱.۸۷۴	۲.۰۳۵	۲.۱۹۶

مقدار	تاریخ
۱.۷	۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۱.۶	۱۴۰۰/۱۱/۲۳
۱.۵	۱۴۰۰/۱۱/۲۴
۱.۶	۱۴۰۰/۱۱/۲۷
۱.۵	۱۴۰۰/۱۱/۲۸

مقدار	تاریخ
۱.۴۵	۱۴۰۰/۱۱/۱۳
۱.۴	۱۴۰۰/۱۱/۱۴
۱.۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۶
۱.۴	۱۴۰۰/۱۱/۱۸
۱.۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۱.۹	۱۴۰۰/۱۱/۲۰

مقدار	تاریخ
۱.۷	۱۴۰۰/۱۱/۰۳
۱.۶	۱۴۰۰/۱۱/۰۴
۱.۵	۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۱.۵	۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۱.۸	۱۴۰۰/۱۱/۰۷
۱.۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۲

CV%: 9.467	SD: 0.152	Mean: 1.609
------------	-----------	-------------

