

عنوان کنترل : کنترل I
شروع کنترل
۱۴۰۰/۰۲/۲۴:

سری ساخت : ۰۰۱۰۳۲۹۲

عنوان آزمایش : Free Testosterone
عنوان دستگاه : IDS

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۹.۲۲۱	۰.۱۵	۱.۱۷۲	۱.۳۲۲	۱.۴۷۲	۱.۶۲۲	۱.۷۷۲	۱.۹۲۲	۲.۰۷۲

مقدار	تاریخ
۱.۶	۱۴۰۰/۱۲/۱۸
۱.۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۱
۱.۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۲
۱.۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۳

مقدار	تاریخ
۱.۶	۱۴۰۰/۱۲/۰۹
۱.۴	۱۴۰۰/۱۲/۱۱
۱.۸	۱۴۰۰/۱۲/۱۲
۱.۵	۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۱.۶	۱۴۰۰/۱۲/۱۵
۱.۶	۱۴۰۰/۱۲/۱۶
۱.۵	۱۴۰۰/۱۲/۱۷

مقدار	تاریخ
۱.۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۱
۱.۴	۱۴۰۰/۱۲/۰۲
۱.۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۱.۶	۱۴۰۰/۱۲/۰۴
۱.۶	۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۱.۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۷
۱.۳	۱۴۰۰/۱۲/۰۸

CV%: 7.101	SD: 0.11	Mean: 1.544
------------	----------	-------------

