

Diametra I : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۴۰۰/۰۱/۱۸:

سری ساخت : ۸۵۴۲۳

عنوان آزمایش : Free Testosterone
عنوان دستگاه : الیزا ریدر

%CV	SD	SD ₁ -	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۶.۲۲	۰.۰۶۷	۰.۸۸	۰.۹۴۷	۱.۰۱۴	۱.۰۸۱	۱.۱۴۸	۱.۲۱۵	۱.۲۸۲

مقدار	تاریخ
۱.۰۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۲
۱.۰۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۶
۱.۰۷	۱۴۰۰/۰۲/۲۷
۱.۱۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۸
۱.۰۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۹
۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۰

مقدار	تاریخ
۱	۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۱.۱۶	۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۱.۱۳	۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۱.۰۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۱.۰۹	۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱.۱۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۱.۰۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۱

مقدار	تاریخ
۱.۱۲	۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۱.۰۸	۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۰.۹۹	۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۱.۰۶	۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۱.۰۹	۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۱.۱۴	۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۱.۱۱	۱۴۰۰/۰۲/۰۸

CV%: 4.59	SD: 0.049	Mean: 1.076
-----------	-----------	-------------

