

عنوان آزمایش : Free Testosterone  
عنوان دستگاه : IDS

سری ساخت : 0-103292

عنوان کنترل : I کنترل  
شروع کنترل : 1400/03/24

3SD	2SD	1SD	MEAN	-1SD	-2SD	-3SD	SD	CV%
2.35	2.146	1.942	1.738	1.534	1.33	1.126	0.204	11.717

تاریخ	مقدار
22/04/1400	2.01
24/04/1400	1.4
27/04/1400	1.57
28/04/1400	1.61
29/04/1400	1.29

تاریخ	مقدار
14/04/1400	1.43
15/04/1400	1.6
16/04/1400	1.96
17/04/1400	1.49
19/04/1400	1.51
21/04/1400	1.73

تاریخ	مقدار
07/04/1400	1.59
08/04/1400	1.72
09/04/1400	1.71
10/04/1400	1.7
12/04/1400	1.89
13/04/1400	1.49

Mean: 1.629	SD: 0.197	CV%: 12.07
-------------	-----------	------------

