

عنوان کنترل : کنترل I  
شروع کنترل  
۱۴۰۰/۰۳/۲۴:

سری ساخت : ۰۰۱۰۳۲۹۲

عنوان آزمایش : Free Testosterone  
عنوان دستگاه : IDS

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۱۰.۹۳۳	۰.۱۷۸	۱.۰۹۲	۱.۲۷	۱.۴۴۸	۱.۶۲۶	۱.۸۰۴	۱.۹۸۲	۲.۱۶

مقدار	تاریخ
۲	۱۴۰۰/۰۸/۲۳
۱.۶	۱۴۰۰/۰۸/۲۵
۱.۴	۱۴۰۰/۰۸/۲۶
۱.۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۱.۸	۱۴۰۰/۰۸/۲۹
۱.۶	۱۴۰۰/۰۸/۳۰

مقدار	تاریخ
۱.۴	۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۱.۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۶
۱.۸	۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۲.۰۱	۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۱.۸	۱۴۰۰/۰۸/۱۹
۱.۵	۱۴۰۰/۰۸/۲۰
۱.۸۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۲

مقدار	تاریخ
۱.۶	۱۴۰۰/۰۸/۰۵
۱.۷	۱۴۰۰/۰۸/۰۶
۱.۵	۱۴۰۰/۰۸/۰۹
۱.۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۰
۱.۸	۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۱.۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۱.۳	۱۴۰۰/۰۸/۱۳

CV%: 12.642	SD: 0.209	Mean: 1.655
-------------	-----------	-------------

