

عنوان آزمایش : Free Testosterone  
عنوان دستگاه : الیزابدر  
عنوان کنترل : عنوان کنترل :  
سری ساخت : T55Z2L1 شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۸/۱۷

%CV	SD	SD <sub>1</sub> -	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>2</sub>
۱۲.۱۲۷	۰.۱۳۶	۰.۷۱۶	۰.۸۵۲	۰.۹۸۸	۱.۱۳۴	۱.۲۶	۱.۳۹۶	۱.۵۳۳

مقدار	تاریخ
۰.۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۳
۱.۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۴
۱.۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۵

مقدار	تاریخ
۱.۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۷
۱.۲۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰.۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۲

مقدار	تاریخ
۱.۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۱
۰.۹۹	۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۱.۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۴
۱.۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۵

CV%: 13.473	SD: 0.152	Mean: 1.13
-------------	-----------	------------

