

Diametra I : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۴۰۰/۰۶/۰۱:

سری ساخت : ۲۱۰۳۱۹

عنوان آزمایش : Free Testosterone
عنوان دستگاه : الیزابدر

%CV	SD	SD _۲ -	SD _۲ -	SD _۱ -	MEAN	SD _۱	SD _۲	SD _۲
۱۱.۷۳۳	۰.۱۲۵	۰.۶۹۲	۰.۸۱۷	۰.۹۴۲	۱.۰۶۷	۱.۱۹۲	۱.۳۱۷	۱.۴۴۲

مقدار	تاریخ
۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۳
۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۴
۱.۲	۱۴۰۱/۰۳/۳۵
۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۶
۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۸

مقدار	تاریخ
۱.۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۱
۰.۹۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۱.۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۷
۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۸
۱.۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۱
۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۳

مقدار	تاریخ
۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۱.۰۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۲
۰.۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۴
۱.۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۷
۰.۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۸
۱.۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۹
۱.۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۰

CV%: 10.293	SD: 0.107	Mean: 1.042
-------------	-----------	-------------

