

عنوان کنترل : کنترل I
شروع کنترل
۱۴۰۰/۰۳/۲۴:

سری ساخت : ۰-۱۰۳۲۹۲

عنوان آزمایش : Free Testosterone
عنوان دستگاه : IDS

%CV	SD	SD ^{۲-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۸.۹۷	۰.۱۳۶	۱.۱۰۴	۱.۲۴	۱.۳۷۶	۱.۵۱۲	۱.۶۴۸	۱.۷۸۴	۱.۹۲

مقدار	تاریخ
۱.۶	۱۴۰۱/۰۵/۱۳
۱.۶۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۳

مقدار	تاریخ
۱.۶	۱۴۰۱/۰۵/۰۸
۱.۷	۱۴۰۱/۰۵/۰۹

مقدار	تاریخ
۱.۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۳
۱.۵۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۶

CV%: 11.49	SD: 0.177	Mean: 1.542
------------	-----------	-------------

