

LDN-1 : عنوان کنترل :

شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۶/۰۷

سری ساخت : ۲۱۰۵۴۳

Free Testosterone

: عنوان آزمایش :

الایزایدر

: عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۱۲.۴	۰.۲	۱.۳۹	۱.۵۹	۱.۷۹	۱.۹۹	۲.۱۹	۲.۳۹	۲.۵۹

مقدار	تاریخ
۲.۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۹
۱.۷	۱۴۰۱/۰۶/۳۱

مقدار	تاریخ
۲.۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۷
۲.۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۳
۲.۵	۱۴۰۱/۰۶/۲۴
۱.۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۷
۲.۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۸

مقدار	تاریخ
۱.۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۹
۲.۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۰
۲.۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۳
۲.۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۴
۲.۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۶

CV%: 14.787	SD: 0.312	Mean: 2.108
-------------	-----------	-------------

