

Diametra I : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۴۰۱/۰۷/۱۰:

سری ساخت : ۱۵۸

عنوان آزمایش : Free Testosterone
عنوان دستگاه : الایزایدر

%CV	SD	SD ^{۲-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۱۲.۴	۰.۱۵۳	۰.۷۸۱	۰.۹۳۴	۱.۰۸۷	۱.۲۴	۱.۳۹۳	۱.۵۴۶	۱.۶۹۹

مقدار	تاریخ
۱.۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۲
۱.۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۳

مقدار	تاریخ
۱.۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۳
۰.۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۵
۱.۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۸
۱.۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۱

مقدار	تاریخ
۱.۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۶
۱.۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۷
۱.۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۰
۰.۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۱

CV%: 18.85	SD: 0.23	Mean: 1.22
------------	----------	------------

