

Control I : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۱۱/۰۱

سری ساخت : ۱۶۵ /

Free Testosterone : عنوان آزمایش :
الایزا ریپر : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۷,۱	۰,۰۶۷	۱,۱۹۹	۱,۲۶۶	۱,۳۳۳	۱,۴	۱,۴۶۷	۱,۵۳۴	۱,۶۰۱

مقدار	تاریخ
۱,۳۹	۱۴۰۲/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۱,۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۵
۱,۳۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۱,۴۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۸
۱,۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۹

مقدار	تاریخ
۱,۴۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۷
۱,۵۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۸
۱,۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۱
۱,۳۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۳

CV%: 7.084	SD: 0.101	Mean: 1.421
------------	-----------	-------------

