

عنوان آزمایش : Free Testosterone
عنوان دستگاه : الیزا ریدر
عنوان کنترل : کنترل L
سری ساخت : L1C253
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۰۲/۱۱

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۸	۰.۱۱۷	۰.۶۹۹	۰.۸۱۶	۰.۹۳۳	۱.۰۵	۱.۱۶۷	۱.۲۸۴	۱.۴۰۱

مقدار	تاریخ
۱.۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۱
۰.۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۳

مقدار	تاریخ
۱.۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۸
۱.۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۹
۰.۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۰

مقدار	تاریخ
۰.۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۱
۰.۸۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۶
۱.۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۷

CV%: 19.831	SD: 0.202	Mean: 1.02
-------------	-----------	------------

