

عنوان کنترل : کنترل I  
شروع کنترل  
۱۴۰۲/۰۳/۰۱:

سری ساخت : ۱۰۴۵۵۷/

عنوان آزمایش : Free Testosterone  
عنوان دستگاه : IDS

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۱۷.۱۲۵	۰.۲۰۱	۰.۵۷۱	۰.۷۷۲	۰.۹۷۳	۱.۱۷۴	۱.۳۷۵	۱.۵۷۶	۱.۷۷۷

مقدار	تاریخ
۰.۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱
۱.۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۴

مقدار	تاریخ
۱.۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۳
۱.۰۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۷
۱.۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۸
۱.۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۹
۱.۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۰

مقدار	تاریخ
۱.۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۱
۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۶
۱.۲	۱۴۰۲/۰۴/۰۷
۱.۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۱
۰.۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۲

CV%: 18.865	SD: 0.224	Mean: 1.185
-------------	-----------	-------------

