

عنوان کنترل :  
شروع کنترل  
۱۴۰۲/۰۴/۲۵:

سری ساخت : N1C2۵۳

عنوان آزمایش : Free Testosterone  
عنوان دستگاه : الیزا ریدر

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۸	۳.۴۷۸	۲۱.۱۹۱	۳۴.۶۶۹	۲۸.۱۴۷	۳۱.۶۲۵	۳۵.۱۰۳	۲۸.۵۸۱	۴۲.۰۵۹

مقدار	تاریخ
۳۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۷
۳۲	۱۴۰۲/۰۵/۱۸
۳۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۲
۳۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۴
۳۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۵
۲۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۶
۳۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۸

مقدار	تاریخ
۴۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۷
۳۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۸
۴۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۹
۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۰
۴۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۱
۳۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۲
۳۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۴
۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۵
۳۲	۱۴۰۲/۰۵/۱۶

مقدار	تاریخ
۲۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۵
۲۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۷
۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۸
۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹
۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
۳۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۱
۴۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۲
۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۳
۳۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۴

CV%: 13.086	SD: 4.397	Mean: 33.6
-------------	-----------	------------

