

Diametra I : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۳۹۹/۰۸/۰۱

سری ساخت: ۵۲۲۶

Free Testosterone : عنوان آزمایش :
الایزایدر : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱۲.۴	۰.۱۳۳	۰.۸۰۱	۰.۹۳۴	۱.۰۶۷	۱.۲	۱.۳۳۳	۱.۴۶۶	۱.۵۹۹

مقدار	تاریخ
۱.۳۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۹
۱.۲۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۱
۱.۲۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۲
۱.۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۳
۱.۳۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۴
۱.۳۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۵
۱.۲۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۶

مقدار	تاریخ
۱.۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۰
۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۱
۱.۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۲
۱.۳۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۴
۱.۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۵
۱.۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۶
۰.۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۷
۱.۱۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۸

مقدار	تاریخ
۱.۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۸
۱.۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۰
۱.۲۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۱
۱.۱۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۲
۱.۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۴
۱.۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۵
۱.۳۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۷
۱.۲۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۹

CV%: 9.197	SD: 0.112	Mean: 1.219
------------	-----------	-------------

