

Qualitative

تاریخ :	چهار شنبه ۲۸ دي ۱۴۰۱	آزمایش ۱ :	۰.۰
کیت :	Generic assay	کنترل :	کنترل منفي
شرکت سازنده :	Generic assay	شرکت سازنده :	Generic assay
سری ساخت :	۲۲۶۰۱۳۰۴	سری ساخت :	۲۲۶۰۱۳۰۴
تاریخ انقضاء :	۳۰/۱۲/۲۰۲۳	تاریخ انقضاء :	۳۰/۱۲/۲۰۲۳
معیار پذیرش :	خوانش CUT OFF کمتر از ۰.۲	مرجع معیار پذیرش :	بروشور

توضیحات :

تاریخ انجام	کاربر	نتیجه	اقدام اصلاحی
۱۴۰۱/۱۲/۰۹	معصومه جهانگیری (۱۰۵۸)	۰.۰۲۵	
۱۴۰۱/۱۲/۰۷	معصومه جهانگیری (۱۰۵۸)	۰.۰۴۰	
۱۴۰۱/۱۲/۰۴	معصومه جهانگیری (۱۰۵۸)	۰.۰۲۴	
۱۴۰۱/۱۲/۰۲	معصومه جهانگیری (۱۰۵۸)	۰.۰۱۷	
۱۴۰۱/۱۱/۳۰	معصومه جهانگیری (۱۰۵۸)	۰.۰	
۱۴۰۱/۱۱/۲۷	معصومه جهانگیری (۱۰۵۸)	۰.۰۲۳	
۱۴۰۱/۱۱/۲۵	معصومه جهانگیری (۱۰۵۸)	۰.۰۵۵	
۱۴۰۱/۱۱/۲۴	معصومه جهانگیری (۱۰۵۸)	۰.۰۵۰	کنترل ران - ۲۳/۱۱/۱۴۰۱
۱۴۰۱/۱۱/۲۰	معصومه جهانگیری (۱۰۵۸)	۰.۰۳۲	
۱۴۰۱/۱۱/۱۸	معصومه جهانگیری (۱۰۵۸)	۰.۰۲۶	
۱۴۰۱/۱۱/۱۶	معصومه جهانگیری (۱۰۵۸)	۰.۰۶۲	
۱۴۰۱/۱۱/۱۳	معصومه جهانگیری (۱۰۵۸)	۰.۰۴۴	
۱۴۰۱/۱۱/۱۱	معصومه جهانگیری (۱۰۵۸)	۰.۰۳۶	
۱۴۰۱/۱۱/۰۹	معصومه جهانگیری (۱۰۵۸)	۰.۰۴۱	

تاریخ انجام	کاربر	نتیجه	اقدام اصلاحی
۱۴۰۱/۱۱/۰۶	معصومه جهانگیری (۱۰۵۸)	۰.۰۷۰	
۱۴۰۱/۱۱/۰۴	معصومه جهانگیری (۱۰۵۸)	۰.۰۶۰	
۱۴۰۱/۱۱/۰۲	معصومه جهانگیری (۱۰۵۸)	۰.۰۵۶	
۱۴۰۱/۱۰/۲۹	معصومه جهانگیری (۱۰۵۸)	۰.۰۱۵	
۱۴۰۱/۱۰/۲۸	معصومه جهانگیری (۱۰۵۸)	۰.۰۷۹	کنترل ران روز ۱/۱۴۰۱/۱۵
۱۴۰۱/۱۰/۲۸	معصومه جهانگیری (۱۰۵۸)	۰.۰۸۷	کنترل ران روز ۱/۱۴۰۱/۱۸
۱۴۰۱/۱۰/۲۸	معصومه جهانگیری (۱۰۵۸)	۰.۰۴۱	کنترل ران روز ۱/۱۴۰۱/۲۰
۱۴۰۱/۱۰/۲۸	معصومه جهانگیری (۱۰۵۸)	۰.۰۷۴	کنترل ران روز ۱/۱۴۰۱/۲۲
۱۴۰۱/۱۰/۲۸	معصومه جهانگیری (۱۰۵۸)	۰.۰۷۶	کنترل ران روز ۱/۱۴۰۱/۲۵
۱۴۰۱/۱۰/۲۸	معصومه جهانگیری (۱۰۵۸)	۰.۰۳۱	کنترل ران روز ۱/۱۴۰۱/۱۸