

عنوان آزمایش : (H.Pylori (IgA
عنوان دستگاه : الیزایدر
عنوان کنترل : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ سری ساخت : ۹۷۰۰۳

%CV	SD	SD ^{۲-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۵.۱۵	۲.۳۵۶	۳۸.۶۷۹	۴۱.۰۳۵	۴۳.۳۹۱	۴۵.۷۴۷	۴۸.۱۰۳	۵۰.۴۵۹	۵۲.۸۱۵

مقدار	تاریخ
۴۸.۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۱
۴۸.۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۶

مقدار	تاریخ
۵۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۴۷.۵	۱۴۰۰/۰۲/۱۹

CV%: 2.168	SD: 1.053	Mean: 48.575
------------	-----------	--------------

