

عنوان آزمایش : (H.Pylori (IgA
عنوان دستگاه : الیزابدر
عنوان کنترل : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۳۹۸/۰۱/۱۸
سری ساخت : ۹۷۰۰۳

%CV	SD	SD ² -	SD ² -	SD ¹ -	MEAN	SD ¹	SD ²	SD ²
۵.۱۵	۲.۳۵۶	۳۸.۶۷۹	۴۱.۰۳۵	۴۳.۳۹۱	۴۵.۷۴۷	۴۸.۱۰۳	۵۰.۴۵۹	۵۲.۸۱۵

مقدار	تاریخ
۴۶.۵	۱۴۰۰/۰۳/۲۷
۴۲	۱۴۰۰/۰۳/۳۰

مقدار	تاریخ
۴۸.۶	۱۴۰۰/۰۳/۱۸
۴۵.۶	۱۴۰۰/۰۳/۲۳
۴۹.۶	۱۴۰۰/۰۳/۲۳
۴۹.۶	۱۴۰۰/۰۳/۲۵

مقدار	تاریخ
۴۶.۶	۱۴۰۰/۰۳/۰۳
۴۸.۶	۱۴۰۰/۰۳/۰۶
۴۴.۲	۱۴۰۰/۰۳/۰۹
۴۹.۶	۱۴۰۰/۰۳/۱۱

CV%: 5.507	SD: 2.593	Mean: 47.09
------------	-----------	-------------

