

عنوان آزمایش : H.Pylori (IgA)

عنوان دستگاه : الیزا ریدر

سری ساخت : 97003

عنوان کنترل :

high کنترل

شروع کنترل : 1398/01/18

3SD	2SD	1SD	MEAN	-1SD	-2SD	-3SD	SD	CV%
53.778	51.382	48.986	46.59	44.194	41.798	39.402	2.396	5.143

تاریخ	مقدار
20/04/1400	47.9

تاریخ	مقدار
08/04/1400	46
10/04/1400	48.1
14/04/1400	44

تاریخ	مقدار
01/04/1400	45
03/04/1400	45.5
06/04/1400	46.6

Mean: 46.157	SD: 1.498	CV%: 3.245
--------------	-----------	------------

