

عنوان آزمایش : (H.Pylori (IgG
عنوان دستگاه : الایزایدر
سری ساخت : ۹۷۰۰۲
عنوان کنترل : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۳۹۸/۰۱/۱۸

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۹.۶۴۱	۰.۴۴۷	۳.۲۹۲	۳.۷۳۹	۴.۱۸۶	۴.۶۳۳	۵.۰۰۸	۵.۵۲۷	۵.۹۷۴

مقدار	تاریخ
۴.۹	۱۳۹۸/۰۵/۲۷
۴.۶	۱۳۹۸/۰۶/۱۰
۴.۷	۱۳۹۸/۰۶/۱۴

مقدار	تاریخ
۴.۸	۱۳۹۸/۰۵/۱۳
۵.۱	۱۳۹۸/۰۵/۱۵
۴.۷	۱۳۹۸/۰۵/۱۷
۲.۷	۱۳۹۸/۰۵/۲۰
۵.۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۳

مقدار	تاریخ
۴.۱	۱۳۹۸/۰۵/۰۱
۴.۸	۱۳۹۸/۰۵/۰۳
۳.۸	۱۳۹۸/۰۵/۰۶
۴	۱۳۹۸/۰۵/۰۸
۴	۱۳۹۸/۰۵/۱۲

CV%: 11.258	SD: 0.506	Mean: 4.492
-------------	-----------	-------------

