

عنوان آزمایش : (H.Pylori (IgA  
عنوان دستگاه : الیزایدر  
عنوان کنترل : عنوان کنترل :  
شروع کنترل : ۱۳۹۸/۰۱/۱۸  
سری ساخت : ۹۷۰۰۳

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۴.۶۱	۲.۱۵۴	۴۰.۲۶۱	۴۲.۴۱۵	۴۴.۵۶۹	۴۶.۷۲۳	۴۸.۸۷۷	۵۱.۰۳۱	۵۳.۱۸۵

مقدار	تاریخ
۴۶.۴	۱۴۰۰/۰۶/۰۷

مقدار	تاریخ
۴۸.۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۴

مقدار	تاریخ
۴۷	۱۴۰۰/۰۶/۰۲

CV%: 1.828	SD: 0.862	Mean: 47.167
------------	-----------	--------------

