

عنوان آزمایش : (H.Pylori (IgA
عنوان دستگاه : الیزابدر
عنوان کنترل : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۱۱/۰۶
سری ساخت : ۱۴۰۰۳

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۸.۲	۵	۳۰	۳۵	۴۰	۴۵	۵۰	۵۵	۶۰

مقدار	تاریخ
۴۱.۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۸
۴۶.۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۱
۴۵.۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۸
۴۲.۲	۱۴۰۲/۰۱/۰۶

مقدار	تاریخ
۴۸.۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۷
۴۸.۳	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
۴۳.۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۷
۴۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۹
۴۳.۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۱

مقدار	تاریخ
۴۱.۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۴۶.۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۴۶.۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۵۲.۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۳۸.۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۳

CV%: 8.545	SD: 3.835	Mean: 44.879
------------	-----------	--------------

