

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان آزمایش : (H.Pylori (IgA
 عنوان دستگاه : الایزایدر
 عنوان کنترل : عنوان کنترل :
 سری ساخت : ۹۷۰۰۳
 شروع کنترل : ۱۳۹۸/۰۱/۱۸

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۵.۵۰۱	۲.۴۹۷	۲۷.۹۰۶	۴۰.۴۰۳	۴۲.۹	۴۵.۳۹۷	۴۷.۸۹۴	۵۰.۳۹۱	۵۲.۸۸۸

مقدار	تاریخ
۴۶.۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۴
۴۵.۷	۱۳۹۹/۱۰/۲۷

مقدار	تاریخ
۴۷.۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۳
۴۶.۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۵
۴۴.۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۷
۴۶.۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۰
۴۴.۷	۱۳۹۹/۱۰/۲۲

مقدار	تاریخ
۴۲.۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۱
۴۵.۷	۱۳۹۹/۱۰/۰۳
۴۷.۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۶
۴۵.۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۸
۴۵.۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۰

CV%: 2.802	SD: 1.282	Mean: 45.758
------------	-----------	--------------

