

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان آزمایش : (H.Pylori (IgA
 عنوان دستگاه : الایزایدر
 عنوان کنترل : عنوان کنترل :
 سری ساخت : ۹۷۰۰۳
 شروع کنترل : ۱۳۹۸/۰۱/۱۸
 کنترل high

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۵.۰۴۲	۲.۲۸۹	۲۸.۵۳۶	۴۰.۸۲۵	۴۳.۱۱۴	۴۵.۴۰۳	۴۷.۶۹۳	۴۹.۹۸۱	۵۲.۲۷

مقدار	تاریخ
۴۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۵
۴۷.۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۷
۴۵.۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۹

مقدار	تاریخ
۴۷.۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۲
۴۰.۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۴
۴۵.۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۴۶.۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۰

مقدار	تاریخ
۴۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۱
۴۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۴
۴۱.۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۶
۴۲.۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۸

CV%: 5.685	SD: 2.516	Mean: 44.264
------------	-----------	--------------

