

عنوان کنترل : کنترل high
شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۱/۱۸

عنوان آزمایش : (H.Pylori (IgA
عنوان دستگاه : الیزاریدر
سری ساخت : ۹۷۰۰۳

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۶.۵۹۵	۳.۰۵۸	۳۷.۱۸۹	۴۰.۲۴۷	۴۳.۳۰۵	۴۶.۳۶۳	۴۹.۴۲۱	۵۲.۴۷۹	۵۵.۵۳۷

مقدار	تاریخ
۵۰.۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۶
۴۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۸

مقدار	تاریخ
۴۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۷
۴۸.۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۹
۴۱.۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۱
۴۴.۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۴

مقدار	تاریخ
۴۷.۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۵
۴۳.۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۷
۴۴.۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۱
۴۶.۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۲

CV%: 5.94	SD: 2.718	Mean: 45.76
-----------	-----------	-------------

