

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان آزمایش : (H.Pylori (IgA
 عنوان دستگاه : الیزابدر
 عنوان کنترل : عنوان کنترل :
 سری ساخت : ۹۷۰۰۳
 شروع کنترل : ۱۳۹۸/۰۱/۱۸

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۵.۶۹۵	۲.۶۳۱	۲۸.۳۱	۴۰.۹۴۱	۴۳.۵۷۳	۴۶.۲۰۳	۴۸.۸۳۴	۵۱.۴۶۵	۵۴.۰۹۶

مقدار	تاریخ
۴۷.۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۴
۴۴.۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۹

مقدار	تاریخ
۴۴.۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۲
۴۷.۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۵
۴۵.۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۷
۴۲.۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۹
۴۸.۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۲

مقدار	تاریخ
۴۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۱
۴۶.۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۳
۴۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۵
۴۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۸
۴۵.۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۰

CV%: 5.572	SD: 2.494	Mean: 44.758
------------	-----------	--------------

