

عنوان آزمایش : (H.Pylori (IgG  
عنوان دستگاه : الایزایدر  
عنوان کنترل : کنترول high  
شروع کنترول: ۱۳۹۸/۰۱/۱۸  
سری ساخت : ۹۷۰۰۲

%CV	SD	SD <sup>2</sup> -	SD <sup>2</sup> -	SD <sup>1</sup> -	MEAN	SD <sup>1</sup>	SD <sup>2</sup>	SD <sup>2</sup>
۶.۱۱۴	۲.۷۱۲	۳۶.۲۱۴	۳۸.۹۳۶	۴۱.۶۳۸	۴۴.۳۵	۴۷.۰۶۲	۴۹.۷۷۴	۵۲.۴۸۶

مقدار	تاریخ
۴۷.۶	۱۴۰۰/۰۳/۲۷
۴۲.۵	۱۴۰۰/۰۳/۳۰

مقدار	تاریخ
۴۸	۱۴۰۰/۰۳/۱۸
۴۵.۳	۱۴۰۰/۰۳/۲۳
۴۸.۲	۱۴۰۰/۰۳/۲۳
۴۶.۶	۱۴۰۰/۰۳/۲۵

مقدار	تاریخ
۴۵.۶	۱۴۰۰/۰۳/۰۳
۴۵.۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۶
۴۹.۳	۱۴۰۰/۰۳/۰۹
۴۷.۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۱

CV%: 4.199	SD: 1.96	Mean: 46.68
------------	----------	-------------

