

عنوان آزمایش : H.Pylori (IgG)

عنوان دستگاه : الیزاریدر

سری ساخت : 97002

عنوان کنترل :

high کنترل

شروع کنترل: 1398/01/18

3SD	2SD	1SD	MEAN	-1SD	-2SD	-3SD	SD	CV%
53.253	50.701	48.149	45.597	43.045	40.493	37.941	2.552	5.598

تاریخ	مقدار
20/04/1400	49.5

تاریخ	مقدار
08/04/1400	50.2
10/04/1400	49.4
14/04/1400	48.1

تاریخ	مقدار
01/04/1400	52
03/04/1400	47.2
06/04/1400	46.2

Mean: 48.943	SD: 1.946	CV%: 3.976
--------------	-----------	------------

