

عنوان آزمایش : (H.Pylori (IgG  
عنوان دستگاه : الایزایدر  
عنوان کنترل : عنوان کنترل :  
سری ساخت : ۰۱۰۰۱  
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

%CV	SD	SD <sup>2</sup> -	SD <sup>2</sup> -	SD <sup>1</sup> -	MEAN	SD <sup>1</sup>	SD <sup>2</sup>	SD <sup>2</sup>
۹.۴	۲.۳۳۳	۲۵.۰۰۱	۲۸.۳۳۴	۴۱.۶۶۷	۴۵	۴۸.۳۳۳	۵۱.۶۶۶	۵۴.۹۹۹

مقدار	تاریخ
۴۳.۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۱
۴۵.۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۸
۴۷.۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۶
۴۷.۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۴۷.۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۷

مقدار	تاریخ
۴۸.۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۳
۴۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۷
۴۴.۲	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
۴۱.۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۷
۴۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۹
۴۵.۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۱
۴۸.۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۸

مقدار	تاریخ
۵۱.۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۱
۴۶.۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۳
۵۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۵
۴۵.۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۴۳.۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۴۴.۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۴۳.۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۰

CV%: 5.952	SD: 2.739	Mean: 46.011
------------	-----------	--------------

